

Nr sprawy: 11/sprzęt medyczny/17

Torzym 15.11.2017

Wykonawcy

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Nr sprawy: 11/sprzęt medyczny/17 Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego, Zadanie 10.1 Stolik anestezjologiczny – 2 szt

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści stół anestezjologiczny o szerokości szafki 500 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność stołu.

### **Odpowiedz na pytanie 1.**

Tak, zamawiający dopuści stół anestezjologiczny o szerokości szafki 500 mm.  
Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści stół anestezjologiczny o wysokości całkowitej 1700 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność stołu.

### **Odpowiedz na pytanie 2.**

Tak, zamawiający dopuści stół anestezjologiczny o wysokości całkowitej 1700 mm.  
Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

### **Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści stół anestezjologiczny, którego szafka wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo?

### **Odpowiedz na pytanie 3.**

Tak, zamawiający dopuści stół anestezjologiczny, którego szafka wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo.  
Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

### **Pytanie 4.**



Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w 5 plastikowych pudełek o głębokości 110 mm ?

**Odpowiedz na pytanie 4.**

Tak, zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w 5 plastikowych pudełek o głębokości 110 mm.

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w 4 plastikowe pudełka o głębokości 140 mm?

**Odpowiedz na pytanie 5.**

Tak, zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w 4 plastikowe pudełka o głębokości 140 mm.

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w koszyk zawieszany na szynie instrumentalnej, z możliwością dowolnej konfiguracji wyposażenia dodatkowego w późniejszym czasie? Szyna instrumentalna z bezpiecznymi narożnikami zintegrowanymi z korpusem wózka.

**Odpowiedz na pytanie 6.**

Tak, zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w koszyk zawieszany na szynie instrumentalnej, z możliwością dowolnej konfiguracji wyposażenia dodatkowego w późniejszym czasie, z szyną instrumentalną z bezpiecznymi narożnikami zintegrowanymi z korpusem wózka.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w zawieszany koszyk o wymiarach: 360x150x160 mm (szerokość/wysokość/głębokość) ?

**Odpowiedz na pytanie 7.**

Tak, zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w zawieszany koszyk o wymiarach: 360x150x160 mm (szerokość/wysokość/głębokość).

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w zawieszany koszyk o wymiarach: 290x90x96 mm (szerokość/wysokość/głębokość) ?

**Odpowiedz na pytanie 8.**



Tak, zamawiający dopuści stolik anestezyjologiczny wyposażony w zawieszany koszyk o wymiarach: 290x90x96 mm (szerokość/wysokość/głębokość).

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający wymaga, aby stolik anestezyjologiczny posiadał dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka?

**Odpowiedz na pytanie 9.**

Tak, zamawiający wymaga, aby stolik anestezyjologiczny posiadał dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka.

**Pytanie 10.**

Czy Zamawiający wymaga, aby nadstawka z plastikowymi pojemnikami montowana była na stelażu aluminiowo - stalowym, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych? Kanały montażowe stelaża zaślepione będą elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach.

**Odpowiedz na pytanie 10.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym, nadstawka z plastikowymi pojemnikami montowana byłaby na stelażu aluminiowo - stalowym, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych, a kanały montażowe stelaża zaślepione będą elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości: - wszyscy uczestnicy

---

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu

