

7/PN/19

Torzym, 20.08.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/PN/19, Nazwa zadania:
Dostawa sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie1

I. Zestaw do wykonywania prób wysiłkowych – 2 komplety.

a. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem

l.p. 14

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu dostarczony był aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi podczas próby wysiłkowej?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, iż system automatycznego pomiaru ciśnienia nie jest wymagany (punkt I.a.14 załącznika nr 3 do SIWZ) – parametr podlegający punktacji.*

Pytanie 2: l.p.23

Czy Zamawiający dopuści stanowisko stacjonarne z biurkiem, komputerem, monitorem LCD min. 32”, drukarką laserową, klawiaturą i myszką?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis punktu I.a.23 załącznika nr 3 do SIWZ*

I. Pytanie 3: Zestaw do wykonywania prób wysiłkowych – 2 komplety.

b. Bieżnia

l.p. 1

Proszę o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki gdyż Zamawiający promuje nienowoczesne rozwiązania kablowe. W związku z tym, czy Zamawiający przyzna 10pkt. nowoczesniejszeniu i badziej funkcjonalnemu rozwiązaniu bezprzewodowemu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis punktu I.b.1 załącznika nr 3 do SIWZ*

Pytanie 4: l.p. 18

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o nieco większych wymiarach 205x 80x 112 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuści bieżnię maksymalnych wymiarach 2050 x 800 x 1120 mm.*

Pytanie 5: Dotyczy

I. Zestaw do wykonywania prób wysiłkowych – 2 komplety.

c. Cykloergometr

l.p. 1

Proszę o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki gdyż Zamawiający promuje nienowoczesne rozwiązania kablowe. W związku z tym, czy Zamawiający przyzna 10pkt. nowoczesniejszeniu i badziej funkcjonalnemu rozwiązaniu bezprzewodowemu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis punktu I.b.1 załącznika nr 3 do SIWZ.

Pytanie 6: l.p.9

Czy Zamawiający dopuści zakres obrotów: 30 - 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zakres obrotów: 30 - 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów.

Pytanie 7: l.p. 12

Czy Zamawiający dopuści maksymalną wagę pacjenta 160 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści maksymalną wagę pacjenta 160 kg.

Pytanie 8: Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG oraz system do próby wysiłkowej działały w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników próby wysiłkowej i aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii ? Ma to znaczenie przy ewentualnej przyszłej integracji z systemem szpitalnym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3 do SIWZ.

Pytanie 9: Dotyczy II. Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej

a. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (2 szt.)

l.p. 8

Czy Zamawiający dopuści sytem z wyliczaniem HRmax oraz prezentacją HR spoczynkowego? W większości przypadków są to wystarczające dane.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści sytem z wyliczaniem HRmax oraz prezentacją HR spoczynkowego.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści sytem z możliwością prezentowania MET (bez rozróżnienia)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści system bez możliwości definiowania sposobu wyznaczania MET.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści sytem bez automatycznego przenoszenia parametrów MET, HR, BP z badania wysiłkowego do okna projektowania treningu? Dodatkowo Zamawiający wymaga aby zestawy do próby wysiłkowej posiadały własną niezależną bieżnię i cykloergometr, zatem w domyśle będzie brak połączenia pomiędzy tymi systemami. Dodatkowo takie rozwiązanie najprawdopodobniej jest oferowane tylko przez jedną firmę, co może ograniczać konkurencyjność.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści system bez możliwości automatycznego przenoszenia parametrów MET, HR, BP z badania wysiłkowego do okna projektowania treningu.

Pytanie 12: l.p.23

Czy Zamawiający dopuści stanowisko stacjonarne z biurkiem, komputerem, monitorem LCD min. 32", drukarką laserową, klawiaturą i myszką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis punktu II.a.23 załącznika nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 13: Dotyczy
II.Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej
b. Bieżnia (10 szt.)**

l.p. 1

Proszę o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki gdyż Zamawiający promuje nienowoczesne rozwiązania kablowe. W związku z tym, czy Zamawiający przyzna 10pkt. nowoczesniejszeniu i bardziej funkcjonalnemu rozwiązaniu bezprzewodowemu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis punktu II.b.1 załącznika nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 14: Dotyczy
II.Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej
b. Bieżnia (10 szt.)**

l.p. 1

Proszę o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki gdyż Zamawiający promuje nienowoczesne rozwiązania kablowe. W związku z tym, czy Zamawiający przyzna 10pkt. nowoczesniejszeniu i bardziej funkcjonalnemu rozwiązaniu bezprzewodowemu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis punktu II.b.1 załącznika nr 3 do SIWZ.

Pytanie 15: l.p. 18

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o nieco większych wymiarach 205x 80x 112 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści bieżnię maksymalnych wymiarach 2050mm x 800mm x 1120mm.

**Pytanie 16: Dotyczy
II. Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej
c. Cykloergometr (10 szt.)**

l.p. 1

Proszę o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki gdyż Zamawiający promuje nienowoczesne rozwiązania kablowe. W związku z tym, czy Zamawiający przyzna 10pkt. nowoczesniejszeniu i bardziej funkcjonalnemu rozwiązaniu bezprzewodowemu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis punktu II.c.1 załącznika nr 3 do SIWZ.

Pytanie 17: l.p.9

Czy Zamawiający dopuści zakres obrotów: 30 - 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zakres obrotów: 30 - 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów.

Pytanie 17:

l.p. 12

Czy Zamawiający dopuści maksymalną wagę pacjenta 160 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści maksymalną wagę pacjenta 160 kg.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

**Lubuski Szpital
Specjalistyczny
Pulmonologiczno-
Kardiologiczny
w Torzymiu Sp. z o.o**

ul. Wojska Polskiego 52, 66-235
Torzym
tel: 68 341 6300 / fax: 68 341 3040
biuro.zarzadu@szpitaltorzym.pl
www.szpitaltorzym.pl

KRS: 000365415, Sąd
Rejestrowy
– Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze
NIP: 4290063582, Regon:
080467187
Kapitał zakładowy:
19.600.000,00 zł

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu